

## GENEL HÜKÜMLER

- 1- Teklifler 16/10/ 2018 tarih saat 17.00 a kadar **kapalı zarf** içerisinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Katta bulunan Bilimsel Araştırmalar Birimine teslim edilecektir.
- 2- Teklif edilen mala ilişkin olarak teknik şartnamede yer alan her bir maddeye cevap verilecek şekilde "Teknik Şartnameye Cevaplar" **dökümanı ve teknik doküman veya kataloglar** teklif ekinde sunulacaktır.
- 3- Teklif Mektuplarında geçerlilik süresi belirtilecek ve bu süre son teklif verme tarihinden itibaren en az **(15) Onbeş** gün olarak istekli tarafından belirtilecektir.
- 4- Teklifler şartname ekindeki genel hükümlere göre verilecektir. Bu hükümlere uymayan teklifler değerlendirme **dışı** bırakılacaktır.

## TEKNİK ŞARTNAME

### EPPENDORF TÜP

- 1- 1,5 ml hacimde olmalıdır.
- 2- Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.
- 3- 1 ambalajda 500 adet olmalıdır.
- 4- Ürün ambalajlı olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
- 5- Düz kapaklı olmalıdır.
- 6- Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.
- 7- Kapakları sızdırmayacak şekilde iyi kapanmalıdır.
- 8- Konik tabanlı olmalıdır.

Prof. Dr. F. İrsel TEZER FİLİK



TEKNİK ŞARTNAME  
PASTÖR PİPETİ

1. 3mm hacminde olmalıdır.
2. 150mm uzunluğunda olmalıdır.
3. Plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
4. 1 ambalajda 500 adet olmalıdır.
5. Dayanıklı şeffaf plastik üzerinde ml çizgileri bulunan bir ucunda kendinden puar bulunan pastör pipeti olmalıdır.

Prof. Dr. F. İrsel TEZER FİLİK



TEKNİK ŞARTNAME  
Human Orexin A (OXA) ELISA Kit abx252876

1. Bir kutuda 96 adet olmalıdır.
2. Serum, plazma ve diđer biyolojik sıvılarda çalışılabilmesi.
3. Liyofilize yapıda olmalıdır.
4. Sensitivitesi < 37.5 pg/ml olmalıdır.
5. Algılama aralığı 62.5 pg/ml - 4000 pg/ml olmalıdır.

Prof. Dr. F. İrsel TEZER FİLİK

